

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các tỉnh lân cận khác và tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số Thiết bị y tế. Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng phòng KHTH; Điện thoại: 0946252852.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau, tại số 36 Lý Thái Tôn, phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 - Nhận qua email: bvthanhphocamau@gmail.com, với tiêu đề “Báo giá Thiết bị y tế của Công ty.....”;
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 05 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tiếp nhận báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục báo giá thiết bị y tế:

STT	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Ghi chú
1	Bồn hạt đậu	400ml INOX 304	01	
2	Hộp đựng gòn inox đúc nhỏ có nắp	Φ7.5x6 INOX 304	03	
3	Hộp inox đựng pen	19x9x4 cm	01	
4	Kéo	16cm, thẳng, 2 đầu nhọn	01	
5	Kéo cong nhỏ	10cm	02	

6	Kéo thẳng	16cm, thẳng, 2 đầu nhọn	03	
7	Kéo thẳng 2 đầu nhọn	16cm, thẳng, 2 đầu nhọn	01	
8	Nhiệt kế	Nhiệt kế thủy ngân có cấu tạo gồm 3 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ, Ống mao dẫn, Phần hiển thị kết quả. Cho kết quả chính xác từ 2-3 phút. Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn.	15	
9	Ống cắm pen	Φ5x14	06	
10	Pel thẳng có máu	16cm	05	
11	Pel thẳng không máu	16cm	05	
12	Xe đẩy bình Oxy	inox, 6 khối	02	
13	Bóng đèn hồng ngoại	Bóng đèn hồng ngoại có công suất: 250W Bóng đèn hồng ngoại có đuôi E27, sử dụng nguồn điện áp 220V	03	
14	Đèn hồng ngoại	Đèn hồng ngoại trị liệu giúp sưởi ấm, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Đề khoảng cách đèn thông thường từ 50-80 cm. Điện thế: 110 - 220V. Sử dụng bóng: 110 - 250W. Thời gian chiếu đèn vào người từ 15 - 30 phút.	02	
15	Bộ đèn cực tím	Gồm bóng đèn 120cm, máng, tầng phô.	01	
16	Bộ tiêu phẫu	Thép chết không gỉ. Một bộ linh thú có 11 loại khác nhau	05	
17	Đồng hồ Oxy	Đồng hồ đo áp suất bình khí oxy. - Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Đầu làm bằng polycarbonat để	05	

		đảm bảo tính bền - Dây thở: 01 cái		
18	Bộ máy đo huyết áp người lớn	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Ống nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai * Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật	18	
19	Bộ máy đo huyết áp nhi	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Ống nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai * Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật	03	
20	Cân có đo chiều cao	Trọng lượng cơ thể: - Max: 120kg - Min: 0.5kg 2. Đo chiều cao: - Phạm vi đo 70-190cm - Min: 0,5 cm - Dung sai ± 0.5 cm	01	

		<p>3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 275 × 375mm</p> <p>4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 880 × 300 × 265mm</p> <p>5. Trọng lượng: 8/9kg</p> <p>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật, kích thước</p>		
21	Máy phun khí dung	<p>Nguồn điện: 230V, 50/60Hz</p> <p>Công suất tiêu thụ: 138VA</p> <p>Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động: +10°C tới +40°C / 30% tới 85%RH</p> <p>Nhiệt độ/độ ẩm/áp suất khí bảo quản và vận chuyển: -20°C tới +60°C / 10% tới 95%RH / 700-1060hPa</p> <p>Trọng lượng: Khoảng 1.9kg (chỉ máy nén khí)</p> <p>Kích thước: 170 (rộng) x 103 (cao) x 182 (dài) mm</p> <p>Phụ kiện đi kèm: Máy nén khí, bộ phun khí, ống dẫn khí (PVC, 207cm), ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC), 5 miếng lọc dự phòng, túi đựng, bản hướng dẫn cách sử dụng.</p> <p>Dung tích cốc thuốc: tối đa 7ml</p> <p>Lượng thuốc phù hợp: tối thiểu 2ml – tối đa 7ml</p> <p>Âm thanh: * <60dB</p> <p>Tốc độ phun khí: *Khoảng 0.4ml/phút (theo mức giảm trọng lượng)</p> <p>Lượng son khí ra: **0.4ml (2ml, 1%NaF)</p> <p>Tốc độ son khí ra: **0.06ml/phút (2ml, 1%NaF)</p> <p>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật, kích thước</p>	01	
22	Máy điện châm có hện giờ	<p>Nguồn điện: 220V - 50Hz hoặc sử dụng pin 9V</p> <p>Nguồn điện đầu vào: <50VA</p> <p>-KWD-808I có 6 giắc cắm.</p> <p>-Phân loại theo kiểu chống sốc:</p>	05	

		<p>KWD-808 thuộc thiết bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD thuộc thiết bị BF -Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hai: KWD-808 thuộc thiết bị thông thường -Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808 thuộc trạng thái hoạt động liên tục. -Cầu chì: thấp hơn 10,5A -Tần số xung: 1,2Hz - 55Hz +/- 30% <p>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật</p>		
23	Máy đốt điện	<p>ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng cho phẫu thuật thẩm mỹ, khoa mắt. - Cắt tinh khiết và chức năng cắt hỗn hợp. - Đông máu và đông máu lưỡng cực. - Hiện thị công suất đầu ra như là chữ số trên cửa sổ. - Kiểm tra công suất đầu ra dễ dàng trong quá trình. <p>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:</p> <p>Cắt thuần: 80W / 300Ω Cắt hỗn hợp: 80W / 300Ω Đông tiếp xúc: 50W / 300Ω Đông lưỡng cực: 70W / 100Ω Tần số làm việc: 1.6 MHz Nguồn: AC120V or AC 230V, 50/60 Hz Bảo vệ: Class 1, Type CF Kích thước (WxDxH): 270x310x110 mm Trọng lượng: 6.0 Kg</p> <p>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật</p>	01	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 48 giờ kể từ khi nhận đơn đặt hàng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% trong vòng 90 ngày từ khi Bệnh viện nhận đầy đủ các chứng từ nhà cung cấp.

Kính đề nghị các Quý công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT của BV;
- Lưu: VT, P.KHTH.

GIÁM ĐỐC



Phan Việt Sơn

TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ

Số:...../BG-....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BÁO GIÁ
CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau

1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau, chúng tôi công ty báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan, cụ thể như sau:

TT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) nếu có	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1.										
2.										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau

- Số điện thoại liên hệ:.....

Tài liệu kèm theo Báo giá gồm có:

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng..... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
Ký tên, đóng dấu (nếu có)